



منافسة تأمين المعقمات والمطهرات
الطبية الإلحاقيّة للجهات الصحيّة
الحكوميّة NPT0030/21



نبذه عن شركة نوبكو

تعد شركة «نوبكو» الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الشراء الطبي، التخزين، والتوزيع للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في المملكة العربية السعودية.

تأسست عام ٢٠٠٨ ومملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتهدف الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو) لرفع مستوى أداء قطاع الرعاية الصحية من خلال تحسين مراقبة الرعاية الصحية بشكل استراتيجي في جميع المستشفيات العامة والمرافق الطبية في المملكة.

بدعم من رؤى واضحة وشبكة عالمية متينة، تُمكّن «نوبكو» الجهات الصحية الحكومية من تقديم رعاية استثنائية وفعالة من حيث التكلفة للجميع. وبالتعاون مع مستشفياتنا وموارينا، تتقدم «نوبكو» نحو دعم نموذج أعمال جديد ومنهج جديد للرعاية الصحية كل ذلك من خلال قوة التقنية المتكاملة والاتصال.

من خلال نهجها المركز والمفهوم نحو تحسين مراقبة الرعاية الصحية على المستوى الحكومي، تقدم نوبكو خدمات عالية الجودة لشركائها تعطي الأولوية لاحتياجاتهم وتساعدتهم في تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية. لذلك، توسيع شركة نوبكو حصتها في سوق الرعاية الصحية لضمان توفير مراقب صحة مستدامة ومثلث للمجتمع السعودي بأكمله.

ملاحظات مهمة

- ١- يتم التقديم على المنافسة الكترونياً فقط من خلال موقع نوبكو (www.nupco.com) .
- ٢- يتم دفع قيمة وثائق المنافسة عن طريق خدمة سداد، مفوتر رقم (٠١١) .
- ٣- يجب تعبئة النموذج الخاص بالتسجيل في نظام إدارة علاقات الموردين (SRM) والذي يمكن الموردين المسجلين لدى نوبكو بالتقديم على المنافسة الكترونياً .
- ٤- يتم رفع نسخة من الضمان البنكي الابتدائي على نظام (SRM) ويسلم أصل الضمان البنكي الابتدائي وأصل خطاب التغطية في ظرف مغلق موضحاً عليه بيانات مقدم العطاء وإن رقم المنافسة في اليوم الذي يسبق فتح العروض من الساعة ٨ صباحاً وحتى الساعة ٤ مساءً وذلك بعد رفع العروض في النظام.
- ٥- يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك المصانع المحلية عدم تقديم الضمان البنكي الابتدائي مع ضرورة ارفاق الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) سارية المفعول عند التقديم على المنافسة.
- ٦- ستكون مدة المنافسة من تاريخ إعلان النتائج النهائية وحتى تاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٣ م وعليه فستبقى الأسئلة المرسأة سارية المفعول خلال هذه الفترة ويحق لنوبكو طلب أو إضافة أي كميات وعلى صاحب العطاء المرمى عليه الالتزام بذلك.



تعليمات لمقدمي العطاءات

(١) مقدّمي العطاءات:

- (١/١) تستلم بيانات المنافسة الكترونياً بعد اتمام عملية الشراء عن طريق نظام إدارة علاقات الموردين (SRM) للوكالات والموزعين المعتمدين المؤهلين لدى نوبكو والمتخصصين في مجال البنود المطلوبة.
- (١/٢) عند قيام مقدمي العطاءات بشراء واستلام مستندات المنافسة وتقديم عطاءاتهم الكترونياً عن طريق نظام إدارة علاقات الموردين (SRM) فهذا يعني موافقتهم على جميع الشروط العامة والفنية للمنافسة وفي حال عدم التزامهم بذلك فيتحقق للشركة استبعاد عطاءاتهم.
- (١/٣) أي مراسلات للشركة الوطنية للمواد الموحدة (نوبكو) تخص المنافسة فيجب أن ترسل على البريد الإلكتروني التالي: (NPT0030-21@nupco.com) ومن خلال بريد مقدم العطاء الرسمي المسجل لدى نوبكو.
- (٤) يعتبر البريد الإلكتروني لدى نوبكو و الخاص بالمورد من الوسائل الرسمية و المعتمدة للتواصل فيما يخص المنافسة و على كافة الموردين في حال تغييرها إشعار نوبكو بذلك بموجب خطاب رسمي ونوبكو غير مسؤولة عن أي إدعاءات بعدم وصول أي مستندات تم إرسالها من خلال البريد الإلكتروني المعتمد لديها.

(٢) وثائق المنافسة:

- يجب على مقدم العطاء أن يتحقق جيداً من استلامه مجموعة وثائق المنافسة بكاملها عن طريق النظام (SRM) وأن يبلغ الشركة بأي نواقص فور اكتشافها وتشمل هذه الوثائق التالي:
- أ) كراسة الشروط العامة والفنية للمنافسة (Terms and Conditions).
- ب) قوائم البنود والمواصفات الفنية (Items list).
- ج) صورة من إعلان المنافسة .

(٣) العطا:

- ١- أن يكون السعر الإفرادي لأصغر وحدة قياسية مقدمة ويكون بالريال السعودي.
- ٢- تقديم عروض أساسية فقط ولن ينظر لغير عروض أخرى مرادفة.
- ٣- يجب أن يكون السعر الإفرادي المقدم بدون ضريبة القيمة المضافة ويتم إضافة قيمة الضريبة المضافة ونسبتها إن وجدت في خانة الملاحظات لكل بند وذلك حسب النظام الضريبي الصادر من الهيئة العامة للزكاة والدخل.
- ٤- يجب على الشركات عند التقديم على البندود التي يذكر في مواصفاتها (Different Sizes) إدراج جميع المقاسات المتوفرة لديها والخاصة بالبند في خانة الملاحظات.
- ٥- يجب على الشركات عند التقديم على البندود التي يذكر في مواصفاتها أو وحدتها (Sets) تفصيل أسعار جميع محتويات الطقم في خانة الملاحظات.
- ٦- يلتزم المورد في حال تمت الترسية عليه بأنه سيتم عرض البندود المرساة في المنصة الإلكترونية التابعة لشركة نوكو (السوق الإلكتروني) لتمكين الجهات الصحية الحكومية من الطلب من خلال السوق الإلكتروني وفقاً للأسعار المرساة في المنافسة.
- ٧- يلتزم الشركة نوكو بالاستفادة من العروض المقبولة فنياً في المنافسة وغير المرسني عليها وإضافتها إلى المنصة الإلكترونية التابعة لشركة نوكو (السوق الإلكتروني)، كعروض بدائلة لتمكين الجهات الصحية الحكومية من الاستفادة من هذه العروض، وفقاً للأسعار المقدمة في المنافسة.
- ٨- يلتزم المورد بطبع صورة من خطاب التغطية على نظام (SRM) على أن يتضمن الخطاب التالي:
 - (أ) القيمة الإجمالية للعطاء.
 - (ب) بيانات الضمان البنكي الإبتدائي المقدم للمنافسة.
 - (ج) أي تخفيض على أي بند من بندود المنافسة (إن وجد).

(٤) خطاب الضمان البدائي:

- (٤/١) يجب على مقدم العطاء، أن يقدم مع عطائه للمنافسة ضماناً مصرفياً معتمداً من أحد البنوك المحلية ويجب أن يراعي التالي :
- أ) رفع نسخة من أصل الضمان البنكي البدائي مع العرض المقدم .
 - ب) أن يكون الضمان المقدم باسم الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو).
 - ج) أن لا تقل قيمة الضمان المصرفية المقدم للمنافسة عن (١٪) من العرض الإجمالي للعطاء.
 - د) أن يكون هذا الضمان ساري المفعول لمدة (٢٠) مائة وعشرون يوماً اعتباراً من تاريخ فتح العطاءات. ويتجدد تلقائياً ولا يقبل الضمان النقدي وللشيكات مهما كانت.
 - هـ) تسليم أصل الضمان البنكي البدائي وأصل خطاب التغطية في ظرف مغلق موضحاً عليه بيانات مقدم العطاء، واسم ورقم المنافسة في اليوم الذي يسبق فتح العروض من الساعة ٨ صباحاً وحتى الساعة ٤ مساءً وذلك بعد رفع العروض في النظام.
- (٤/٢) سيتم الإفراج عن الضمانات المصرفية بموجب خطاب رسمي من صاحب العطاء، بطلب الإفراج عن الضمان بعد دراسة الطلب وحالة المنافسة.
- و) يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك المصانع المحلية عدم تقديم الضمان البنكي البدائي مع ضرورة إرفاق الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) سارية المفعول عند التقديم على المنافسة.
- (٤/٣) تكون صلاحية العروض سارية لمدة (٢٠) مائة وعشرون يوماً من تاريخ فتح العروض وقابلة للتمديد.
- (٤/٤) يتم إعادة الضمانات المصرفية لمقدمي العطاءات المرساة بعد تقديمهم مايثبت تسليمهم لضمانات حسن التنفيذ للجهات.

(٥) الشهادات المطلوبة:

- يجب رفع صورة المستندات التالية (سارية المفعول) مختومه بختم صاحب العطاء، ضمن العرض المقدم:
- أ) شهادة الزكاة والدخل.
 - ب) شهادة الشتراك في الغرفة التجارية.
 - ج) السجل التجاري.
 - د) شهادة سعودة وتوطين الوظائف.
 - هـ) شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موضحاً بها عدد المشتركين وتصنيفهم.
 - و) شهادة الوكالة للشركات الصانعة في العرض المقدم للمنافسة.
 - ز) شهادة تسجيل المنتجات الطبية لدى الجهات الرسمية مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) لكل بند من البنود التي تم التقديم عليها.
 - ح) شهادة ممارسة التصنيع الجيد (GMP) سارية المفعول والصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA).
 - ط) الشهادات الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) والتي تشمل :
 - ا- شهادة رخصة منشأة أجهزة طبية(MDEL)
 - ـ- شهادة التمثيل القانوني للشركات الصانعة (AR)
 - ــ- شهادة إذن التسويق للمنتج الطبي (MDMA)

(٦) تعديل وثائق العطاء:

قد يكون من الضروري تعديل وثائق العطاء، قبل التاريخ المحدد لتقديمها وعليه فسيتم إرسال توضيح للتعديلات التي تمت من خلال البريد الإلكتروني وتعتبر هذه التعديلات جزءاً لا يتجزأ من المنافسة كما يجب أن تصل جميع الاستفسارات والإشعارات حول أي أخطاء أو تناقضات في المنافسة إلى الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) خطياً أو من خلال البريد الإلكتروني قبل (١٥) خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ تقديم العطاءات.

(٧) تسليم العطاء :

- أولاً: آخر موعد لرفع وتقديم العروض في النظام (SRM) هو حسب اليوم والوقت المحدد في الإعلان عن المنافسة.
- ثانياً: في حال تم رفع العروض في النظام في أي وقت من الأوقات المتاحة فإنه يتاخر التعديل على العرض المقدم نهائياً.
- ثالثاً: يجب التأكد من استيفاء، وملء، كامل الخانات ورفع جميع المستندات والأوراق والكتالوجات المطلوبة في النظام.

(٨) فتح العروض :

يبدأ فتح العروض حسب اليوم والوقت المحدد في الإعلان عن المنافسة، وذلك في غرفة الاجتماعات بمقر الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو). ويجب على مقدم العطاء تقديم خطاب تفويض للمندوب الذي يقترحه (سعودي الجنسية) لحضور اجتماع فتح العروض.

(٩) رفض العطاءات:

لنوبكو الحق في رفض أي عطاء، ناقص أو غامض أو تضمن تحفظاً على الشروط العامة للمنافسة بما فيها مدة التوريد المنصوص عليها في المنافسة.

(I) سحب العروض:

عند قيام مقدم العطاء بسحب عطائه من المنافسة يتم اتخاذ الآتي:

- أ) إذا قام مقدم العطاء بسحب عطائه قبل فتح العروض فلا يتم إعادة مبلغ الاشتراك في المنافسة.
- ب) إذا قام مقدم العطاء بسحب عطائه بعد فتح العروض وحتى إصدار التعاميد أو العقود من نوبكو أو الجهات الصحية الحكومية فيتحقق لنوبكو مصادرة خطاب الضمان البدائي أو جزء منه.
- ج) إذا قام المتقدم بسحب عطائه بعد صدور التعاميد أو العقود من نوبكو أو الجهات الصحية الحكومية فلنوبكو أو الجهات الصحية الحكومية اتخاذ الإجراءات المتبعة لديهم.

(II) تجزئة العطاءات:

- ا- يجوز للمتنافسين تقديم عطا، لجميع البنود المطلوبة أو لبند محدد .
- ـ- يحق لنوبكو تجزئة البند الواحد على أكثر من مورد متى ما كانت التجزئة تحقق مصلحة لنوبكو أو الجهات الصحية الحكومية عند الترسية وللجهات حق الاعتراض.

(III) إلغاء المنافسة:

يحق لنوبكو إلغاء المنافسة أو جزء منها قبل الترسية دون إبداء الأسباب.

(١٤) البت والترسية:

أولاً: ترسية البنود :

(١) تم الترسية حسب المعايير التالية:

- مطابقة العرض للشروط العامة و الموصفات الفنية للمنافسة.

- أن يكون البند مسجلاً في الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) مع إرفاق شهادة التسجيل الدالة على ذلك.

- أن يكون المنتج سبق شراؤه وتجربته من قبل الجهات الصحية الحكومية (المستشفيات المرجعية) ويجب أن يذكر ذلك صراحة في خاتمة الملحوظات مع إرفاق المستندات الدالة على ذلك عند تقديم العطاء.

- يحق لشركة نوبكو قبول أو رفض المنتج المقيد من قبل الجهات الصحية الحكومية (المستشفيات المرجعية) وذلك بعد دراسة الأوراق المقدمة بشأن التقييم ضمن أوراق المنافسة من قبل اللجنة الفنية.

- الالتزام التوريد حسب الشروط العامة للمنافسة.

- الالتزام بالشروط العامة للمنافسة ومن ضمنها الالتزام بما ورد في الفقرة رقم (٣) العطا .

ب) تعطى الأولوية في الترسية:

- للمنتجات المحلية أو ذات المنشأ المحلي حسب أنظمة ولوائح هيئة المحتوى المحلي و المشتريات الحكومية والمسجلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) والمطابقة للشروط والموصفات الفنية.

- للوكيل الرسمي للشركة الصانعة ولمن يتعامل مع المصنع مباشرة وليس من خلال وسيط وذلك للبنود غير المسجلة .

ج) يحق لنوبكو استبعاد العروض المطابقة للشروط و الموصفات الفنية في حالات وهي:

ا-عدم الالتزام بتقديم العينات والكتالوجات الأصلية للمنتج المعروض أو نشرات تتضمن تفاصيل وبيانات كامل العرض الفني للمنتج المعروض.

ـ- تعيئة نظام نوبكو (SRM) بمعلومات وبيانات خاطئة لا تتوافق مع العرض الفني و الكتالوجات المقدمة من صاحب العرض.

- ٣- وجود ما يثبت تكرار تأثر الشركة الموردة أو الصانعة عن التوريد لعقود سابقة لدى الجهات الصحية الحكومية.
- ٤- وجود تقارير من الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو الجهات الرقابية العالمية أو الجهات الصحية المشاركة حول عدم جودة المستحضر أو ملاحظات على الشركة الصانعة.
- ٥- انتهاء، فترة صلاحية شهادة ممارسة التصنيع الجيد (GMP) الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA).

ثانيًا: آلية التقييم:

- أ) تقوم اللجنة الفنية بتقييم العروض المقدمة من الشركات فنياً و مدى مطابقتها للشروط الفنية و المواصفات العامة المذكورة بكراسة المنافسة و رفع توصياتها و مرئياتها فنياً للجنة فحص العروض.
- ب) لجنة فحص العروض هي المخولة لوضع المعايير والقرارات النهائية لاختيار البنود وترسيتها ومفاضلة الشركات إن لزم.

ثالثًا: العوامل المؤثرة الطارئة :

إن شركة نوبكو تقوم بالشراء الطبيعي لجميع الجهات الصحية الحكومية وعليه فقد يطلبهن توجيهات من جهات رسمية بعد الترسية على مصانع معينة أو بلد منشأ معين وذلك في أي مرحلة من مراحل المنافسة وقبل صدور التعايمد أو العقد الرسمي فيتحقق لنوبكو اتخاذ أحد القرارات التالية:-

- أ) إذا كانت جنسية الشركة الصانعة من غير بلد المنشأ (المصنع) الذي جاء به التوجيه يطلب من مقدم العطاء تقديم البند أو مجموعة البنود من نفس المصنع المقبول فنياً ومالياً وبنفس المواصفات والأسعار من بلد منشأ آخر إن وجد.
- ب) استبعاد العرض والترسية على العرض الذي يليه بالمنافسة والمقبول فنياً ومالياً .
- ج) إلغاء البند أو مجموعة البنود من المنافسة والدراسة مع الجهات الصحية الحكومية عن مدى الحاجة لطرحها مرة أخرى.

(١٤) آلية التفاوض:

أولًا: يتلزم مقدم العطاء أن يكون السعر المقدم لهذه المنافسة أقل التسعار المقدمة على مستوى المملكة وسيتم مراجعة ومقارنة الأسعار وفقاً للأسعار العالمية.

ثانيًا: يحق للجنة فحص العروض مفاوضة الشركات المتقدمة للحصول على أقل سعر ممكن.

ثالثًا: يحق للجنة فحص العروض التفاوض مع مقدمي العطاءات في الحالات التالية:

١- في حال تساوي الأسعار بين أكثر من شركة مسجلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) ومطابقه للشروط والمواصفات فيتحقق للجنة فحص العروض العمل بأحد الخيارات التالية:-

أ- مفاوضة مقدمي العطاءات للوصول إلى أقل سعر ممكن.

ب- تجربة الترسية بين الشركتين.

ج- المفاضلة بين العرضين حسب معايير تراها اللجنة.

٢- في حال قررت لجنة فحص العروض تجربة الترسية على أكثر من شركة صانعة.

(١٥) اشتراطات العينات:

١- يجب أن تكون العينة جاهزة لدى مقدم العطاء لتسليمها للجنة الفنية وذلك خلال ثلاثة أيام من طلب اللجنة ويحق لنوبكو استبعاد العرض في حال عدم تسليم العينة المطلوبة في الوقت المحدد.

٢- يجب طباعة النموذج المرسل من قبل شركة نوبكو عن طريق نظام علاقات الموردين (SRM) والمتضمن كامل المعلومات الخاصة بالعينة وإرفاقه مع كل عينة مطلوبة عند التسليم.

٣- يجب إرفاق قائمة تتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالعينات المقدمة عند الطلب.

٤- عند طلب اللجنة للعينات يجب مراعاة التالي:

- تسليم ثلاث عينات بشكها النهائي المسجل والمسوق في بلد المنشأ، والمذكور عليها جميع البيانات الخاصة بالبند بطريقة غير قابلة للإزالة (طباعة وليس ملصقاً) أما بنود مجموعة الأطقم الجراحية فتكون أربع عينات من كل بند (توضع عينتان في كرتون منفصل)

- ٥- يكتفى بعينة واحدة أو اثنتين - وفق سلطة نوبكو التقديرية وحدها - للبنود غالبية الثمن أو ذات الحجم الكبير .
- ٦- يحق لنوبكو عمل اختبارات أو تقييم لهذه العينات وفق الأصول العلمية المتعارف عليها، وذلك للتأكد من جودة المنتج واستخداماته الطبية.
- ٧- يحق لنوبكو عدم إرجاع العينات وفق سلطتها التقديرية وحدها، وفي حال إرجاع العينة نوبكو غير ملزمة بالتعويض في حال تلفها أو تغير حالتها الأصلية بسبب إجراء الفحص أو الاختبار، ويتم تسليمها حسب النماذج المعتمدة لدى نوبكو وبدون أي مطالبة حقوقية أو تعويضية.

(١٦) الإعلان عن النتائج الأولية للمنافسة:

يتم إشعار المتنافسين بالنتائج الأولية للدراسة الفنية و المالية للمنافسة من خلال نظام إدارة علاقات الموردين (SRM) أو عن طريق البريد الإلكتروني المسجل لدى نوبكو. ويتم رفع النتائج على الموقع الإلكتروني لشركة نوبكو www.nupco.com

(١٧) الاعتراضات:

- ١- يحق لمقدمي العطاءات تقديم اعتراضاتهم وملحوظاتهم (إن وجدت) على النتائج الأولية للمنافسة الكترونياً من خلال نظام إدارة علاقات الموردين (SRM) أو من خلال البريد الإلكتروني الآتي: (NPT0030-21@nupco.com) وذلك خلال مدة (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ الإشعار بالنتائج الأولية للمنافسة.
- ٢- يتم سداد مبلغ وقدره (٣٧٥) ريال إضافة لضريبة القيمة المضافة عن كل بند يتم الاعتراض على ترسيته وذلك عن طريق خدمة سداد، مفوتر رقم (٠١١) أو التحويل على الحساب البنكي لشركة نوبكو في حال توقيف خدمة سداد، وذلك خلال الفترة المحددة لتقديم الاعتراضات وفي حال أدى الاعتراض إلى تغيير قرار لجنة فحص العروض للترسية المبدئية للبند فسيتم إعادة هذا المبلغ إلى حساب المورد، وفي حال رفض الاعتراض فإنه لا يحق المطالبة بإعادة المبلغ .
- ٣- في حال قبول لجنة فحص العروض للاعتراض وتبيّن لها صحته فللجنة فحص العروض الحق في اتخاذ القرار المناسب بتغيير النتائج الأولية للمنافسة مع إشعار الشركات المعنية بذلك.

(٨) الإعلان عن النتائج النهائية للمنافسة:

بعد مراجعة الملاحظات والاعتراضات الواردة على النتائج الأولية (إن وجدت) ودراستها ستقوم نوبكو بالإعلان عن النتائج النهائية من خلال نظام إدارة علاقات الموردين (SRM) أو عن طريق البريد الإلكتروني المسجل لدى نوبكو ويتم رفع النتائج النهائية على الموقع الإلكتروني لشركة نوبكو www.nupco.com

(٩) خطابات التبليغ بالكميات النهائية:

١- بعد الحصول على الكميات النهائية من الجهات الصحية الحكومية يتم إشعار من رسمى عليه العطاء بالكميات النهائية الواردة من هذه الجهات .

٢- يعتبر هذا الإشعار ملزماً لمن رسمى عليه العطاء بقبول وتنفيذ التعايميد والعقود الصادرة من الجهات الصحية الحكومية أو نوبكو.

٣- ستكون مدة المنافسة من تاريخ إعلن النتائج النهائية وحتى تاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٣ م وعليه فستبقى الأسعار المرسأة سارية المفعول خلال هذه الفترة ويحق لنوبكو طلب أو إضافة أي كميات وعلى صاحب العطاء المرسى عليه الالتزام بذلك.

(٢) آلية إصدار التعميد والعقود :

- سيتم إصدار التعميد وإبرام العقود لـ تمام عمليات التوريد لصالح الجهات الصحية الحكومية من خلال شركة نوبكو أو من خلال الجهات الصحية الحكومية مباشرة حسب الأنظمة المتبعة لدى كل منهم.
- تقوم كل جهة صحية حكومية أو شركة نوبكو بإصدار تعميد وعقود لصاحب العرض المرسم عليه، لذا يعتبر تاريخ خطاب التعميد أو توقيع العقود مع الجهات الصحية الحكومية أو شركة نوبكو هو بدأية فترة التوريد.
- تتولى الجهات الصحية الحكومية أو شركة نوبكو إدارة التعميد والعقود ومتابعتها وعمل التعديلات اللازمة وزيادة الكميات المطلوبة أو تخفيضها وذلك حسب الأنظمة المتبعة لدى الجهة الصحية الحكومية أو شركة نوبكو.
- يتم تطبيق غرامات التأخير وسحب العمل من المورد وبيعات ذلك حسب الأنظمة المتبعة لدى الجهات الصحية الحكومية أو شركة نوبكو.
- يتم استلام البندواد الموردة للجهات الصحية الحكومية أو شركة نوبكو حسب الأنظمة المتبعة لدى الجهات الصحية الحكومية أو شركة نوبكو.
- تتولى كل جهة صحية حكومية أو شركة نوبكو سداد قيمة البندواد الموردة حسب الأنظمة المتبعة لدى الجهات الصحية الحكومية أو شركة نوبكو.

(٣) قوانين الإستيراد والجمارك والقواعد المنظمة لها بالمملكة العربية السعودية :

يقر المورد بعلمه بأن أنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية هي التي يجري تطبيقها على توريد وشحن أي منتجات أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد.

(٢٣) م الواقع التوريد:

- على مقدم العطاء، أن يراعي عند تقديم عطائه بأن البنود المطلوبة تخدم عدة جهات صحية حكومية مختلفة في المملكة العربية السعودية وعليه فإن موقع توريد هذه البنود تشمل مستودعات الجهات الصحية الحكومية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
- يلتزم مقدم العطاء بتوريد الدفعة الأولى لصالح الجهات الصحية الحكومية أو لشركة نوبكو خلال فترة لاتتجاوز (٢٠) يوماً من تاريخ خطابات التعاميد أو توقيع العقود مع الجهات الصحية الحكومية أو شركة نوبكو.
- يلتزم المورد بتوريد البنود المرساة عليه لصالح الجهات الصحية الحكومية على دفعات يتم تحديدها من قبل كل جهة صحية حكومية أو شركة نوبكو، ويلزم المورد توضيح المدة الالزامية لتسلیم أمر التوريد للدفعات في ذاته الملحوظات أمام كل بند.

(٢٤) الشروط العامة :

- يجب أن تسلم البنود بمدة صلاحية لا تقل عن ثلثي عمرها الافتراضي، وبالنسبة للمواد التي فترة صلاحيتها من ٣ سنوات فأكثر يجب أن لا يمضي على تصنيعها أكثر من ٩ شهور عند التوريد.
- يلتزم مقدم العطاء عند التقديم لأي بند من بنود المنافسة بتحديد (بلد منشأ / مصنع) واحد فقط وفي حال مخالفة ذلك فيتحقق لنوبكو استبعاد العرض.
- عند تعديل مواصفات أي بند تلغى جميع نتائج التقييم السابقة للبند، ويجب على الشركات إعادة التقييم وفق المواصفات الجديدة باستثناء التعديلات على المقاسات او العبوة التي لا تؤثر على استخدام المنتج.
- عند تقييم بند له عدة مقاسات فيكتفى بتقييم مقاس واحد ماعدا إذا كان التقييم لفئة مختلفة مثل (Pediatric, or adult).
- شراء وتجربة المنتج من قبل الجهات الصحية الحكومية (المستشفيات المرجعية) لا تعني قبوله من قبل اللجنة الفنية بشكل مطلق بل يعتمد ذلك على نوعية العينة المسلمة للجنة، ومدى مطابقتها للنوعية التي تم شراؤها وتجربتها حسب شروط

المنافسة و مدى مطابقة رقم الكتالوج و العينة المقدمة لمواصفة البند.

٦- المنتج المقيد من قبل الجهات الصحية الحكومية (المستشفى المرجعية) لا يعني قبوله من قبل اللجنة الفنية بشكل مطلق، بل يعتمد على نوعية البند و مستوى حساسيته والتحليل الفني له.

٧- في حالة تقديم الشركة لعرض يحتوي على نفس رقم الكتالوج لأكثر من بند من بنود المنافسة، فإنه يجب أن يذكر ذلك بوضوح في عرض الشركة في خانة ملاحظات الشركة مع ذكر رقم البند المكرر وكذلك في خطاب التغطية وفي حال عدم التزام الشركة فإنه يحق لنوبكو استبعاد هذه البنود.

٨- يتلزم المورد الذي يتم الترسية عليه بتوفير الدعم اللازم من التدريب للوصول للطريقة العلمية الآمنة لاستخدام البنود بما يخدم متطلبات الجودة النوعية (AIJCI,CBAHI)

٩- يتعهد المورد بتوريد أحدث الموديلات من حيث التقنية وفي حال ظهور جيل أو منتج أحدث في أي مرحلة من مراحل المنافسة أو التعاقد فإن المورد يتلزم بتوريد دون أي إلتزام مالي إضافي.

١٠- يتلزم المورد توفير وتعديل جميع المقاسات للبنود طول فترة العقد.

١١- يتلزم المورد في حال توريد أجهزة مجانية مع البنود المرساة في المنافسة بالضمان والصيانة وقطع الغيار للأجهزة (طوال فترة استخدام البنود المرتبطة بالجهاز).

١٢- يتلزم المورد بتقديم تعهد باستبدال البنود إذا ظهر فيها عيب مصنعي مهما بلغت كمية البنود المستبدلة وذلك خلال فترة التعاقد المحددة في بالمنافسة .

١٣- يتلزم مقدم العطاء بجميع التكاليف المالية الخاصة بزيارة المصنع لغرض التقييم الفني للمنتجات أو التأكد من القدرة التصنيعية للشركة الصانعة لعدد ليزيد عن ثلاثة أشخاص إذا رأت اللجنة الفنية أو فحص العروض الحاجة لذلك .

١٤- ضرورة التزام جميع الشركات برقم الكتالوج الموضح في عرضها وفي حالة طلب الشركة تغيير رقم الكتالوج بعد إصدار التعاميدين أو العقود، فإنه يحق للجهات الصحية الحكومية أو شركة نوبكو قبول ذلك أو رفضه شريطة بقاء مواصفات العرض المقبول دون تغيير مع وجوب توضيح السبب في تغيير رقم الكتالوج و إيقاف خطاب من الشركة الصانعة يوضح السبب في هذا التغيير.

- ١٠- يدون تاريخ الإنتاج والانتهاء، ورقم التشغيلة طباعة وليس ملصق.
- ١٦- يجب أن تشمل العبوة الداخلية للصنف وكذلك كراتين التصدير والعبوات الخارجية والفواتير اسم البند ورقمها وكافة المعلومات الخاصة بطريقة التخزين وتاريخ التصنيع واتتها الصلاحية وعدد الفحوصات ورقم الكتالوج ودرجة الحرارة المناسبة للنقل والتخزين.
- ١٧- على الشركات إرفاق شهادة التحليل لكل تشغيله معتمدة من المصنع عند التسليم (Batch analysis certificates).
- ١٨- تتلزم كل شركة بتقديم شهادة منشأ لكل دفعه يتم توريدها توضح الكمية المصدرة.
- ١٩- على الشركات إرسال شهادات التعقيم لجميع الأصناف المعقمة صادرة ومعتمدة من المصنع عند التسليم .
- ٢٠- يجب شحن البند في درجات حرارة مناسبة لشحنها ويجب أن تكون كراتين الشحن من نوعية جيدة تحمل النقل والتخزين .
- ٢١- يتلزم المورد في حال تقديم كميات مجانية لئي بند من بند المنافسة بأن تكون الكميات المجانية الموردة حسب الشروط والمواصفات الفنية بما فيها صلاحية البند .
- ٢٢- يتلزم المورد بتوريد البند وفق الشروط والمواصفات المتفق عليها والتي بموجبها تمت الترسية عليه، وأن يتم تسليم هذه الأصناف طبقاً للعينات والكتالوجات والنشرات المقدمة من المورد والمقبولة من قبل لجنة فحص العروض، على أن تكون خالية من أي عيوب أو شوائب أو نواقص.
- ٢٣- عند التسليم يجب تقديم صورة شهادة المنشأ مصدقة من الإدراة المعنية بالجهة الصحية الحكومية و لا يتم التصديق على أي صورة من شهادات المنشأ إلا بوجود الأصل وأن تكون شهادة المنشأ الأصلية مصدقة من قبل سفارة المملكة العربية السعودية في بلد المنشأ .
- ٢٤- يؤمن المورد على حسابه العمال اللازمين لفتح الطرود وتسليمها إلى أمين المستودع بحضوره أو بحضور مندوب عنه.
- ٢٥- لا يحق للمورد إيقاف التوريد أو التأخير في التسليم عن موعده المحدد بحجة تأخر الجهات الصحية الحكومية في الوفاء، بأي قسط مستحق عما تم توريده أو لئي خطأ ينسب إليه.
- ٢٦- يتلزم المورد بأن تكون البند الموردة والمرساة عليه حسب توصيات الشركات المصنعة فيما يخص عملية التخزين، مع مراعاة

ما يرد في قوائم الكميات والمواصفات والمتطلبات.

٢٧- يلتزم المورد في حالة ترسية أي بند من بنود المنافسة عليه بتزويد نوبكو بصورة من التعميد الصادرة أو العقود الموقعة مع الجهات الصحية الحكومية.

٢٨- يلتزم المورد بتوريد البنود إلى المواقع التي تحددها الجهات الصحية الحكومية، ويلتزم المورد في حالة توريدتها باستخدام السيارات والحاويات المبردة وبدرجات حرارة تتناسب مع المنتج لضمان الجودة والمأمونية والفعالية وذلك حسب اشتراطات الشركات الصناعية وحسب متطلبات SFDA من حيث درجة الحرارة و طريقة المناولة مع ارفاق المستندات الخاصة بذلك و عند الدخال بأي من الشروط الخاصة بظروف التخزين فيتحقق للجهات الصحية الحكومية التحفظ على البضائع الموردة وإتلافها حسب المتبوع وبحضور مندوب من الشركة وكذلك المطالبة بالبديل في مدة مقبولة توافق عليها الجهات الصحية الحكومية. على أن يكون التوريد حسب جداول التوريد التي يتم تحديدها من قبلهم.

٢٩- يلتزم المورد بوضع مؤشرات لقياس درجات الحرارة مع الشحنة لمعرفة درجات الحرارة التي تعرضت لها خلال النقل والتخزين والتأكد من أنه تم نقلها في ظروف التخزين الموصى بها من الشركة الصانعة .

٣٠- يجب الالتزام بالمواصفات المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) والخاصة بمؤشرات قياس درجات الحرارة المرفقة مع الشحنة والموضحة على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) .

٣١- يلتزم المورد بإرفاق كامل المستندات المطلوبة للفسح والموضحة على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) وذلك تلقياً لاي تأخير قد يحدث في فسح الشحنة .

٣٢- يلتزم المورد بتوريد البنود التي تطلبها الجهات الصحية الحكومية طبقاً للمواصفات الفنية الواردة بمستندات المنافسة وفي حال مخالفة ذلك فيجب على المورد سحب البنود واستبدالها بكمية مماثلة خلال (١٠) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بذلك. فإن لم يلتزم بذلك فيتحقق للجهات الصحية الحكومية القيام بإتلافها على حساب المورد وفقاً لقواعد الإتلاف، وتأمين الكمية المماثلة بالطريقة التي تراها الجهات الصحية الحكومية مناسبة والرجوع على المورد بالتعويضات.

- ٣٣ - يلتزم المورد وخلال (10) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، باسترجاع أي كمية واستبدالها في حالة حدوث تغيير في الموصفات الفيزيائية لأسباب تصنيعية لحد التشتغيلات للبند المورد خلال التخزين وضمن فترة الصلاحية.
- ٣٤ - في حال انتقال وكالة منتج تم ترسيته بالمنافسة إلى وكيل آخر جديـد، سيبقى الوكيل القديـم ملزماً بتوريد البند حسب شروط المنافسة لحين تقديم المستندات النظامية الدالة على انتقال الوكالة وتحديد المسؤوليات بين الطرفين من الجهات التنظيمية ذات العلاقة مثل (وزارة التجارة والاستثمار ، الهيئة العامة للغذاء والدواء)، وذلك بعد دراسة المستندات المقدمة والموافقة عليها من قبل نوبـوكـو.
- ٣٥ - يلتزم المورد بتقديم الطريقة العلمية الآمنة المعتمدة عالمياً وغير مضرة بالبيئة لـتـلـفـ كل صـنـفـ.
- ٣٦ - يجب أن تكون مادة البولي فينيل المستخدمة في تصنيع بعض المواد الطبية من النوع المسموح باستخدامه طبيـاً PVC of Medical Grade ويجب على الشركات الإشارة إلى ذلك في عروضها لهذه البند وستستبعد العروض المخالفة لذلك.
- ٣٧ - يتم توريد جميع اللوازم الطبية في حاويات ذات تحكم حراري طبقـاً لما يليـ :
- أ) تكون درجة حرارة الحاوية بين ٢٠-٢٤ درجة مئوية للمواد التي يمكن حفظها في درجة حرارة الغرفة .
- ب) يجب التقييد بالاحتياطات الخاصة بدرجة الحرارة أثناء النقل والتخزين لكل صنف حسب ما هو مذكور بالعبوة الداخلية والخارجية التي يتطلب تخزينها ونقلها درجة حرارة خاصة .
- ٣٨- بالنسبة للبنود التي تدخل في انتاجها مادة PVC على الشركة وضع بطاقة تعریفة للمنتجات التي تحتوي على مادة DEHP ويفضل المنتجات التي لا تحتوي على هذه المادة.

(٤) الشروط الفنية :

- ١- يلتزم المورد عند تقديم شهادة MDMA بذكر (رقم قيد الجهاز / المنتج الطبي في السجل الوطني), وفي حال وجود أكثر من قيد فإن يتم تحديده أو الإشارة إليه في الشهادة.
- ٢ - يحق لشركة نوبكو أو الجهات الصحية الحكومية بعد إعلان النتائج النهائية طلب الكميات التي بند في المجموعة الواحدة أو لكامل بنود المجموعة.
- ٣- يجب الالتزام بطريقة رفع الملفات والكتالوجات عن طريق نظام (SRM) حسب الملف المرفق بالمنافسة (تعليمات للموردين - لرفع الملفات عن طريق نظام نوبكو (SRM)).
- ٤- يجب على الشركات المرسى عليها التنسيق مع الجهات الصحية عند التوريد للتأكد من مطابقة المستلزمات مع الأجهزة المتوفرة لدى كل جهة صحة حكومية.
- ٥- يلتزم المورد بتقديم الأجهزة مجاناً وذلك للبنود التي تتطلب أجهزة مع توضيح عددها وكمياتها مع العرض الفني المقدم من المورد.
- ٦- يجب على مقدم العرض أن يتبعه بتوفير الشهادات والتصاريح المتعلقة بكل بند ومن ضمنها Medical Device Importation License المرتبطة في المنتجات العضوية حين الاستيراد وذلك للبنود ذات (المنتج الحيوي).

- الشروط الفنية الخاصة لمطهر اليدي الكحولي:

- جل كحولي.
- لا يحتوي على روائح قوية أو نفاذة ولا يسبب حساسية في الصدر.
- لا يسبب الإحساس باللزوجة أو الترميل أو التحبيب على اليد.
- لا يسبب الإحساس بالجفاف أو حساسية الجلد أو الحكة أو التهيج أو الإنتفاخ أو إحمرار الجلد.

٢- الموصفات الخاصة بالموزع والعبوة:

- يتم تأمين الموزعات بنسبة إجمالية وقدرها موزع واحد لكل ١٠ عبوات.
- موزع مضخة تركب على الجدار (WALL MOUNTED) من النوع العالمي الجودة (حسب الموصفات المرفقة) ومطلوب بنسبة ٧٠٪ من إجمالي عدد الموزعات مع عبوة أكياس BAGS سعة ١ لتر (حسب الموصفات المرفقة) ذات استخدام لمرة واحدة فقط وغير قابل للتعبئة .DISPOSABLE BAG
- موزع مكتبي من النوع العالمي الجودة (DESK TOP) ومطلوب بنسبة ٢٠٪ من إجمالي عدد الموزعات مع عبوة بلاستيكية (قارورة) سعة ٢٠ لتر ذات استخدام لمرة واحدة فقط وغير قابل للتعبئة .DISPOSABLE BOTTLE
- موزع بحامل سريري (BED MOUNTED) من النوع العالمي الجودة ومطلوب بنسبة ١٪ من إجمالي عدد الموزعات مع عبوة بلاستيكية (قارورة) سعة ١ لتر ذات استخدام لمرة واحدة فقط وغير قابل للتعبئة .DISPOSABLE BOTTLE
- يجب أن يكتب بخط واضح على العبوات المخصصة للحامل السريري والموزع المكتبي العبارة التالية: «هذه العبوة لستخدام واحد فقط » لمنع إعادة التعبئة.
- ينبغي توضيح الأسم الكيميائي للمادة الفعالة على العبوات.
- يجب بيان اسم الشركة الصانعة وبلدها على العبوات.
- يخضع المنتج للتحاليل المخبرية ويجب على الشركة الالتزام بتقديم كل متطلبات التحاليل الازمة.

مواصفات موزعات الحائط:

- ١- أبيق وتصميم مضغوط.
- ٢- لا توجد بها طبقات أو شقوق لجمع الأوساخ و الميكروبات.
- ٣- سهلة الاستعمال و التنظيف الدوري.
- ٤- يوجد بها نافذة شفافة لمراقبة مستوى المطهر بالعبوة بصفة مستمرة.
- ٥- سهل الاستعمال بالضغط بيد واحدة.
- ٦- ييرز أقل من ٤ بوصة من الجدار مما يجعلها مثالية للاستعمال في الممرات بدون إعاقة الحركة.
- ٧- توفر به إمكانية الإختيار بين التثبيت بالشريط اللاصق أو المسamar الحائطي.
- ٨- يوجد بها ورقة أو نشرة مطبوعة على الغلاف الخارجي لتعليمات الاستخدام للمضخة و التركيب وكيفية إستبدال العبوة الداخلية.
- ٩- يوجد بها مكان محدد يجعل من السهل جدا إعادة تركيب العبوة الداخلية للمطهر ووضع الجزء الضاغط في مكانه بصورة صحيحة.
- ١٠- مستشعر ذكي يخرج تلقائيا عن طريق وضع يدك تحت الفوهة (المستشعر) (**خاصة بموزعات الحائط التلقائية**) .
- ١١- نوع البطارية - سهلة الاستخدام (**خاصة بموزعات الحائط التلقائية**).

مواصفات عبوة تعبئة موزعات الحائط:

- ١- العبوة و المضخة متعدتين معا بطريقة معزولة لا تسمح بالتعرض للبيئة الخارجية.
- ٢- مصنوعة من مادة مقاومة للكحول و المذيبات الأخرى.
- ٣- المضخة غير قابلة للإلتلاقي و لا تتأثر بالكحول.
- ٤- يوفر جرعة ١,٠ - ٣ ملليتر لكل ضغطة.
- ٥- ينبغي أن تكون فوهة المضخة قصيرة لمنع تلوثها من أيدي المستخدمين لها.
- ٦- لا تسمح بإرتجاع الهواء إلى داخل العبوة مع الإستخدام حتى لا تسمح بالتلوث للمحتوى.

مواصفات أجهزة التعليق لمضخات الجل الكحولي التي تعلق على أسرة المرضى:

- ١- مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ أو الألمنيوم.
- ٢- متينة و تتحمل الإستخدام المتكرر ولا يوجد بها حواف حادة.
- ٣- ذات شكل و تصميم رشيق بحيث يمكن تعليقها بسهولة على أسرة المرضى.

مواصفات أجهزة تثبيت المضخات الجل الكحولي المستخدمة على سطح العمل المختلفة:

- ١- مصنوعة من البلاستيك.
- ٢- تحمل الاستخدام المتكرر.
- ٣- حوافارها غير حادة.
- ٤- شكل رقيق ولها قاعدة قابلة للإلتصاق لتنبيتها في سطح العمل.

١٣٣٦ شارع العليا حي الورود - الرياض ١٢٢٥٠ - ٢٧٣١

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٦٦٠٨١٨٤٥٠ فاكس: ٩٦٦١٤٩٦٤٣٥٠ (+)

الموقع الإلكتروني: www.nupco.com

البريد الإلكتروني: unified_procurement@nupco.com